

Porto Alegre, 25 de novembro de 2021.

CONVÊNIO Nº 841122/2016 - EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 047/2021

OBJETO 01 - REFORMA DO AMBULATÓRIO (PAVIMENTO TÉRREO), INTERNAÇÃO (3º PAVIMENTO) E UTI (6º PAVIMENTO) DO HOSPITAL SANTA RITA

ESCLARECIMENTOS Nº 02

Questionamentos R2 Engenharia:

Arquivo Planta Baixa - Térreo - Gases Medicinais

Item 01 – As portas PM52 e PM34 (do 3º Pavimento) na planilha diz que tem visor, mas no projeto das esquadrias (anexo) não aparece o visor.

*Fornecimento e instalação de porta em madeira 0,90x2,10m semioca pré-tratada, acabamento em melamínico de alta pressão e fita de borda pvc. Marcos e guarnições em madeira maciça ou compensado naval, com pintura na mesma cor de acabamento da folha. Guarnições instaladas em 90°, com negativo de 9mm na parte superior. **Visor em vidro incolor temperado laminado com película incolor 3x3mm.** Fechadura cromada com espelho e máquina smart 55mm tráfego intenso, grau de segurança alto, incluso todos os acessórios - materiais idênticos ou equivalentes técnicos - **PM52***

*Fornecimento e instalação de porta em madeira de abrir 1,20x2,10m, **semioca pré-tratada, acabamento em melamínico de alta pressão e fita de borda pvc. Marcos e guarnições metálicos com fundo e pintura branca e visor** em vidro incolor temperado laminado com película incolor 3x3mm. Fechadura cromada com espelho e máquina smart 55mm tráfego intenso, grau de segurança alto, incluso todos os acessórios - materiais idênticos ou equivalentes técnicos - **PM34***

Resposta Santa Casa: considerar informação prevista em planilha orçamentária.